

**Our Ref.**

Name	Bernd Marquardt		
Ref.	BM	Date	2013-03-01
Telephone	+49 8171 4214-11		
Mobil	+49 1713330632		
Fax	+49 8171 4214-19		
E-mail	bernd.marquardt@elcat.de		

**An alle ELCAT-Kunden**

**vasodop 1000 - Ende der Lebensdauer**

**Betroffenes System: ELCAT Gefäßdiagnostiksystem vasodop 1000**

**Wir, die ELCAT GmbH, Bürgermeister-Finsterwalder-Ring 27, 82515 Wolfratshausen, informieren Sie hiermit, dass:**

**die Produktion des ELCAT Produkts vasodop 1000 zum 01.03.2013 eingestellt worden ist. Produktwartung und Service werden während der voraussichtlichen Nutzungsdauer von acht Jahren nach Produktauslieferung, jedoch nicht länger als bis zum 31.11.2021, unterstützt. Weitere Software-Updates oder Support für Windows 7 oder höhere Betriebssysteme sind nicht mehr verfügbar.**

**Ab dem 01.03.2013 wird das vasodop320 System von ELCAT Distributoren angeboten. Das vasodop320 System gewährleistet mindestens alle medizinischen und diagnostischen Funktionen des vasodop1000 und ist als Nachfolgeprodukt ausgewiesen.**

**Wolfratshausen, 2013-03-01**

**ELCAT GmbH**

**p.p. Ingo Untch (Development)**

**Dipl.-Ing. (FH) Bernd Marquardt (CEO)**